

组件ID (中标品种)	物品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价(元)	生产企业	注册证	设备科核价(元)	审计核价(元)	测试数	单测试金额	参数	试剂类型适合机型	是否专机专用试剂
	注册证名称: 凝血酶原时间(PT)测定试剂盒(液体型)(凝固法); 临床名称: 凝血酶原时间(PT)	货号105-011855-00; 10*4ML	上海长岛	盒	1	500	上海长岛生物技术有限公司	沪械注准20152400070	500	425	400	1.06	1. 主要组成成分: 组织因子(<2ug/ml)、稳定剂和防腐剂适量。 2. 储存条件及有效期: 未开封试剂在 2℃~8℃贮存, 有效期 12 个月。 3. 产品性能指标: 重复性的要求: 重复测定质控品的凝血酶原时间(PT), 所得结果的变异系数不应超过 8%。	适用迈瑞凝血分析仪EXC-810	是
	注册证名称: 凝血酶时间(TT)测定试剂盒(液体型)(凝固法); 临床名称: 凝血酶时间(TT)测定试剂盒(液体)	货号105-011857-00; 10*5ML	上海长岛	盒	1	560	上海长岛生物技术有限公司	沪械注准20172400232	560	476	650	0.73	1. 主要组成成分: 3-5 U/ml 凝血酶、稳定剂和防腐剂适量。 2. 储存条件及有效期: 未开封试剂在 2-8℃保存, 有效期 12 个月。 3. 产品性能指标: 重复性的要求: 重复测定质控品的凝血酶原时间(PT), 所得结果的变异系数不应超过 8%。	适用迈瑞凝血分析仪EXC-810	是
	注册证名称: 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(液体型)(凝固法); 临床名称: 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(液体)	货号105-011859-00; 规格2、: 6*2ML	上海长岛	盒	1	510	上海长岛生物技术有限公司	沪械注准20172400204	510	434	240	1.81	1. 主要组成成分: 100-150U/ml 凝血酶、稳定剂适量、防腐剂适量。 2. 储存条件及有效期: 未开封试剂在 2-8℃保存, 有效期 12 个月。 3. 产品性能指标: 重复测定质控品的纤维蛋白原(FIB)含量, 所得结果的变异系数(CV)不应超过 8%。	适用迈瑞凝血分析仪EXC-810	是
	注册证名称: 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒(鞣花酸); 临床名称: 活化部分凝血活酶时间(APTT)	货号105-011861-00; 10*4ML	上海长岛	盒	1	560	上海长岛生物技术有限公司	沪械注准20152400045	560	476	800	0.60	1. 主要组成成分: 磷脂、鞣花酸、稳定剂和防腐剂。 2. 储存条件及有效期: 未开封试剂在 2-8℃保存, 有效期 18 个月。 3. 产品性能指标: 重复测定质控品的活化部分凝血活酶时间(APTT), 所得结果的变异系数不应超过 5%。	适用迈瑞凝血分析仪EXC-810	是
	抗凝血酶III(AT-III)测定试剂盒(发色底物法)	货号105-023523-00; 试剂R1(液体): 8×4ml试剂R2(液体): 2×2ml校准品(冻干粉): 1×1ml质控品水平1(冻干粉): 5*1ML质控品水平2(冻干粉): 5*1ML	上海长岛	盒	1	2,533.00	上海长岛生物技术有限公司	沪械注准20162400802	2,533.00	2,153.00	114.00	18.89	1. 主要组成成分: 试剂 R1 的主要成分: 凝血酶≤50000IU/L、防腐剂≤1.0g/L; 试剂 R2 的主要成分: 发色底物≤ 20mmol/L、防腐剂≤ 1.0g; 2. 储存条件及有效期: 未开封的 AT-III 测定试剂盒在 2-8℃避光保存, 避免冷冻, 有效期 12 个月; 开封后的 AT-III 测定试剂 R1、R2 在仪器上可保存 14 天; 3. 产品性能指标: 测试质控血浆的变异系数(CV)不超过 5.0%	适用迈瑞凝血分析仪EXC-810	是
	产品包装名称: 全自动血凝分析仪测试杯; 临床名称: 全自动血凝杯	货号: 040-001951-00; 1*1000	上海长岛	盘	1	1,200.00	北京普利生仪器有限公司	非医疗器械	1,200.00	1,020.00	1,000.00	1.02	1. 适用仪器: 适用于全自动血凝分析仪。	适用迈瑞凝血分析仪EXC-810	是
	产品包装名称: 全自动血凝分析仪清洗液; 临床名称: 血凝仪清洗液	货号105013338-00; 1*10L	上海长岛	盒	1	560	上海长岛生物技术有限公司	非医疗器械	560	476	400	1.19	1. 主要组成成分: 缓冲剂、防腐剂。 2. 储存条件及有效期: 清洗液于 2~30℃, 无腐蚀性气体和通风良好处密封储存有效期为 12 个月。 3. 预期用途: 本产品适用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产	适用迈瑞凝血分析仪EXC-810	是
	产品包装名称: 全自动血凝分析仪洗针液; 临床名称: 血凝仪洗针液	货号105-015577-00; 12*15ML	上海长岛	盒	1	394	上海长岛生物技术有限公司	非医疗器械	394	335	3600	0.09	1. 主要组成成分: 表面活性剂、NaClO、NaOH。 2. 储存条件及有效期: 试剂盒于 2~8℃环境下保存时, 可稳定保存 12 个月。 3. 预期用途: 本产品适用于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司生产的全自动凝血分析仪, 用于全自动凝血分析仪加样针的清洗。	适用迈瑞凝血分析仪EXC-810	是

预计年使用金额: 121406.5 元